

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser **Akkreditierungsurkunde**, dass die

AKS-Messtechnik GmbH
Zum Wartturm 7, 63571 Gelnhausen

ein Kalibrierlaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der nachfolgend aufgeführten Anlage näher spezifizierten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzlich bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgeführten Anlage ausdrücklich bestätigt wird.

D-K-15092-01-01 **Gültig ab: 24.02.2026**

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten Akkreditierungsausschüsse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 24.02.2026. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der dazugehörigen Anlage.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: **D-K-15092-01-00**

Berlin, 24.02.2026

Im Auftrag

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA) Tim Harnisch | Fachbereichsleitung

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV. Die DAkKS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008 und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 24.02.2026

Ausstellungsdatum: 24.02.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

AKS-Messtechnik GmbH
Zum Wartturm 7, 63571 Gelnhausen

mit dem Standort

AKS-Messtechnik GmbH
Zum Wartturm 7, 63571 Gelnhausen

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Mechanische Messgrößen

- **Druck** ^{a)}

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung und mobiles Labor

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Absolutdruck p_{abs}	0,015 bar bis 1,8 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$1,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 2,5 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit der Restgasdruckmessung ist noch zu berücksichtigen.
	> 1,8 bar bis 7 bar		$2,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 7,0 \mu\text{bar}$	
	> 7 bar bis 35 bar		$2,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 70 \mu\text{bar}$	
	> 35 bar bis 70 bar		$2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,10 \text{ mbar}$	
	> 70 bar bis 211 bar		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$ Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen. Im Messbereich > 211 bar mit Gas/Öl-Vorlage.
	> 211 bar bis 501 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,5 \text{ mbar}$	
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar	DKD-R 6-1: 2014	$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$ Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen. Im Messbereich > 71 bar bis 211 bar mit Gas/Öl-Vorlage
	> 71 bar bis 211 bar		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 211 bar bis 701 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,5 \text{ mbar}$	
	> 701 bar bis 1201 bar		$5,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 3,5 \text{ mbar}$	
Negativer und positiver Überdruck p_e	-1 bar bis -0,015 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$2,6 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,0 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas
	> -0,015 bar bis 0,0002 bar		$3,2 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 3,0 \mu\text{bar}$	
	> 0,0002 bar bis 0,03 bar		$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 0,8 \mu\text{bar}$	
	> 0,03 bar bis 1,8 bar		$1,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2,5 \mu\text{bar}$	
	> 1,8 bar bis 7 bar		$1,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 7,0 \mu\text{bar}$	
	> 7 bar bis 35 bar		$1,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 70 \mu\text{bar}$	
	> 35 bar bis 70 bar		$2,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,10 \text{ mbar}$	
	> 70 bar bis 210 bar		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 210 bar bis 500 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 1,5 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas mit Gas/Öl-Vorlage
Positiver Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit Im Messbereich > 70 bar bis 210 bar mit Gas/Öl-Vorlage.
	> 70 bar bis 210 bar		$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 210 bar bis 700 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 1,5 \text{ mbar}$	
	> 700 bar bis 1 200 bar		$5,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,5 \text{ mbar}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-01
Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Absolutdruck p_{abs}	0,015 bar bis 1,8 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$2,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 3,0 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit der Restgasdruckmessung ist noch zu berücksichtigen.
	> 1,8 bar bis 7 bar		$2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 8,0 \mu\text{bar}$	
	> 7 bar bis 35 bar		$2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 80 \mu\text{bar}$	
	> 35 bar bis 70 bar		$2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,11 \text{ mbar}$	
	> 70 bar bis 211 bar		$3,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$
> 211 bar bis 501 bar	$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 2,0 \text{ mbar}$	Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen. Im Messbereich > 211 bar mit Gas/Öl-Vorlage.		
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar	DKD-R 6-1: 2014	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$ Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen. Im Messbereich > 71 bar bis 211 bar mit Gas/Öl-Vorlage.
	> 71 bar bis 211 bar		$3,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 211 bar bis 701 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 2,0 \text{ mbar}$	
	> 701 bar bis 1201 bar		$6,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 4,0 \text{ mbar}$	
Negativer und positiver Überdruck p_e	-1 bar bis -0,015 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,0 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas
	> -0,015 bar bis 0,0002 bar		$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 3,0 \mu\text{bar}$	
	> 0,0002 bar bis 0,03 bar		$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 0,8 \mu\text{bar}$	
	> 0,03 bar bis 1,8 bar		$1,7 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,0 \mu\text{bar}$	
	> 1,8 bar bis 7 bar		$1,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 8,0 \mu\text{bar}$	
	> 7 bar bis 35 bar		$2,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 80 \mu\text{bar}$	
	> 35 bar bis 70 bar		$2,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,11 \text{ mbar}$	
	> 70 bar bis 210 bar		$3,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 210 bar bis 500 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2,0 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas mit Gas/Öl-Vorlage
Positiver Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar	DKD-R 6-1: 2014 EURAMET cg-3, Version 2.1	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit Im Messbereich > 70 bar bis 210 bar mit Gas/Öl-Vorlage.
	> 70 bar bis 210 bar		$3,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,30 \text{ mbar}$	
	> 210 bar bis 700 bar		$4,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2,0 \text{ mbar}$	
	> 700 bar bis 1 200 bar		$6,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 4,0 \text{ mbar}$	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-01
Mobiles Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Absolutdruck p_{abs}	0,017 bar bis 3,5 bar	DKD-R 6-1: 2014	$3,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 25 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas
	> 3,5 bar bis 36 bar		$3,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,30 \text{ mbar}$	Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$
	> 36 bar bis 71 bar		$3,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,5 \text{ mbar}$	Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen.
	> 71 bar bis 211 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 2,0 \text{ mbar}$	
Absolutdruck p_{abs}	1 bar bis 71 bar	DKD-R 6-1: 2014	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 5 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit
	> 71 bar bis 350 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,02 \text{ bar}$	Prinzip der Messung: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$
	> 350 bar bis 1 000 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,08 \text{ bar}$	Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen. Druckmedium: Flüssigkeit
Negativer und positiver Überdruck p_e	-1,0 bar bis -0,35 bar	DKD-R 6-1: 2014	$4,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \mu\text{bar}$	Druckmedium: Gas
	> -0,35 bar bis -0,07 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 12 \mu\text{bar}$	
	> -0,07 bar bis 0 bar		$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot p_e + 7,0 \mu\text{bar}$	
	> 0 bar bis 0,07 bar		$7,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 4,0 \mu\text{bar}$	
	> 0,07 bar bis 0,35 bar		$4,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 8,0 \mu\text{bar}$	
	> 0,35 bar bis 1 bar		$2,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \mu\text{bar}$	
	> 1 bar bis 3,5 bar		$2,5 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 50 \mu\text{bar}$	
	> 3,5 bar bis 35 bar		$3,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,3 \text{ mbar}$	
	> 35 bar bis 70 bar		$3,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 1,5 \text{ mbar}$	
	> 70 bar bis 210 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 2,0 \text{ mbar}$	
Überdruck p_e	0 bar bis 70 bar	DKD-R 6-1: 2014	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 5,0 \text{ mbar}$	Druckmedium: Flüssigkeit
	> 70 bar bis 350 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,02 \text{ bar}$	
	> 350 bar bis 1 000 bar		$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,08 \text{ bar}$	Druckmedium: Flüssigkeit Prinzip der Messung: $p_e = p_{abs} - p_{amb}$ Die Messunsicherheit des Barometers ist noch zu berücksichtigen.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15092-01-01

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes